Pipettes graduées
Classe AS: Type 1 page 237, Type 2 page 237, Type 3 page 238
Classe B: Type 1 page 239, Type 2 page 239, Type 3 page 239
Pipettes jaugées
Classe AS: 1 trait page 240, 2 traits page 240
Classe B: 1 trait page 241, 2 traits page 241
Pipettes Pasteur page 244

Pipettes graduées classe AS - type 1

pipettes graduées Type 1 : zéro en haut, volume nominal entre le 0 et le volume choisi, écoulement partiel

LMR®

VERRE sodocalcique
Classe AS Type 1
graduations émaillées bleues

- certifiées conformes à la norme ISO 835, selon modèle
- code couleur pour un repérage aisé des capacités

capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	0,10 ml	±0,007 ml	TK1400	
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	TK1401 *	
2 ml	0,10 ml	±0,010 ml	TK1402	
2 ml	0,01 ml	±0,010 ml	TK1403 *	
2 ml	0,02 ml	±0,010 ml	TK1404	
5 ml	0,10 ml	±0,030 ml	TK1405 *	
5 ml	0,05 ml	±0,030 ml	TK1406	
10 ml	0,10 ml	±0,050 ml	TK1407	
20 ml	0,10 ml	±0,100 ml	TK1408 *	
25 ml	0,10 ml	±0,100 ml	TK1409	
50 ml	0,20 ml	±0,200 ml	TK1410 *	
100 ml	0,20 ml	±0,200 ml	TK1411 *	

** Non conformes à la norme ISO 835.*

MBL®

VERRE sodocalcique
Classe AS Type 1
graduations ambrées

- certifiées conformes à la norme ISO 835
- pointes renforcées : bonne résistance et garantie de délais d'écoulement corrects
- graduations indélébiles
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette
- temps d'attente 5 secondes
- pipettes avec certificat : ajouter la lettre "C" à la référence ci-dessous

capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	PW3500	les 2
2 ml	0,02 ml	±0,010 ml	PW3501	les 2
5 ml	0,05 ml	±0,030 ml	PW3502	les 2
10 ml	0,10 ml	±0,050 ml	PW3503	les 2
25 ml	0,10 ml	±0,100 ml	PW3504	les 2

HIRSCHMANN®

VERRE sodocalcique
Classe AS Type 1
graduations ambrées



- certifiées conformes à la norme ISO 835
- certificat de qualité supérieure gravé d'un logo "H" certifié conforme avec numéro de lot et année de production
- longueur 360 mm (450 mm pour 25 ml)

Certificat d'étalonnage
HL2000 Certificat usine
HL2002 Certificat DAkkS

capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT
0,5 ml	0,01 ml	±0,006 ml	HL3229	
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	HL3233	
1 ml	0,1 ml	±0,007 ml	HL3235	
2 ml	0,02 ml	±0,01 ml	HL3241	
2 ml	0,1 ml	±0,01 ml	HL3242	
5 ml	0,05 ml	±0,03 ml	HL3253	
5 ml	0,1 ml	±0,03 ml	HL3254	
10 ml	0,1 ml	±0,05 ml	HL3260	
25 ml	0,1 ml	±0,1 ml	HL3270	

Pipettes graduées classe AS - type 2

pipettes graduées Type 2 : zéro à la pointe, écoulement total

HIRSCHMANN®

VERRE sodocalcique
Classe AS Type 2
graduations ambrées / bleues

- certificat de qualité supérieure gravé d'un logo "H" certifié conforme avec numéro de lot et année de production
- longueur 360 mm (sauf modèles 25 ml et 50 ml longueur 450 mm)

Certificat d'étalonnage
HL2000 Certificat usine
HL2002 Certificat DAkkS

capacité	graduation	tolérance	référence graduations ambrées	Prix HT	référence graduations bleues	Prix HT
0,5 ml	0,01 ml	±0,006 ml	HL3329		HL3429	
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	HL3333		HL3433	
1 ml	0,1 ml	±0,007 ml	HL3335		HL3435	
2 ml	0,02 ml	±0,01 ml	HL3341		HL3441	
2 ml	0,1 ml	±0,01 ml	HL3342		HL3442	
5 ml	0,05 ml	±0,03 ml	HL3353		HL3453	
5 ml	0,1 ml	±0,03 ml	HL3354		HL3454	
10 ml	0,1 ml	±0,05 ml	HL3360		HL3460	
20 ml	0,1 ml	±0,1 ml	HL3365		HL3465	
25 ml	0,1 ml	±0,1 ml	HL3370		HL3470	



MBL®

VERRE sodocalcique
Classe AS Type 2
graduations ambrées

- certifiées conformes à la norme ISO 835
- pointes renforcées : bonne résistance et garantie de délais d'écoulement corrects
- graduations indélébiles
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette
- temps d'attente 5 secondes
- pipettes avec certificat : ajouter la lettre "C" à la référence ci-dessous



capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	PW3700	les 2
2 ml	0,02 ml	±0,010 ml	PW3701	les 2
5 ml	0,05 ml	±0,030 ml	PW3702	les 2
10 ml	0,10 ml	±0,050 ml	PW3703	les 2
25 ml	0,10 ml	±0,100 ml	PW3704	les 2