

**Eosine 225 pour histologie**

*Eosin 225 for histology*

Code produit : **312730-0100**

Customer code :

Lot n° : **J64938**

Date de fabrication : **15/04/2020**

Péremption : **15/04/2030**

Batch n° :

Manufacturing date : 2020-04-15

Expiry date : 2030-04-15

<b>Caractéristiques</b> <i>Charateristics</i>	<b>Spécifications</b> <i>Specifications</i>	<b>Résultats</b> <i>Results</i>
<b>Aspect</b> <i>Description</i>	Poudre brun rouge <i>Red brown powder</i>	Conforme <i>Conforms</i>
<b>Perte à la dessiccation</b> <i>Loss on drying</i>	≤ 7,5 %	4,87 %
<b>Maximum d'absorption</b> <i>Absorption maximum</i>	514 - 518 nm	517 nm
<b>Solution aqueuse à 1%</b> <i>1% aqueous solution</i>	Rouge foncé limpide <i>Clear dark red</i>	Conforme <i>Conforms</i>

L'analyste : Florence BEURIER

*The analyst : Florence BEURIER*

Date d'édition : 24/09/2020

*Edition date : 2020-09-24*

Visa :

**CELLAVISION**

Visa :

**RAL Diagnostics**

  
RAL Diagnostics | Site Montesquieu | 33650 Martillac  
**ral-diagnostics.fr | cellavision.com**  
T +33 (0) 557 96 04 04 | F +33 (0) 557 96 04 05  
Siret 449 261 403 00041 | Code APE 2059 Z  
TVA Intracommunautaire FR67449261403